

# リグロス歯科用液キット 600 $\mu$ g リグロス歯科用液キット 1200 $\mu$ g 容器変更のお知らせ

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

弊社製品につきましては、平素から格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、従来よりご愛用いただいております 歯周組織再生剤 **リグロス歯科用液キット 600  $\mu$ g** 及び**リグロス歯科用液キット 1200  $\mu$ g** につきまして、下記のとおり変更いたしましたのでご案内申し上げます。


今回は容器の変更で、製剤の組成・性状につきましては従前と変わりません。

当分の間、新旧製品が市場に流通し、何かとご迷惑をおかけいたしますが、ご寛容賜りより一層のご愛用をいただきますようお願い申し上げます。

謹白


## 記

### ■ 変更内容（全包装対象）



変更①：連結ユニットの投与ホルダー側の筒内側の形状を変更しました。

- ・両頭針の斜め穿刺を防ぐため、投与ホルダー押し込み位置に沿って筒の内側に線状の突起（リブ）を6箇所加え、投与ホルダーをまっすぐ押し込みやすくなるようにしました。



連結ユニットを投与ホルダー側から見た写真

変更②：両頭針穿刺部のチップ穴径を変更しました。

- ・調製時の液漏れを防ぐため、穴径を3.4mmから2.5mmに縮小しました。

### ■ 変更開始製造番号・出荷予定時期

品名	包装	変更開始製造番号(使用期限)	変更品出荷予定時期
リグロス歯科用液キット 600 $\mu$ g	1キット	K92032 (2022年10月)	2020年10月
リグロス歯科用液キット 1200 $\mu$ g	1キット	未定	2021年2月

\* 出荷予定時期は地域により若干のずれが生じることもあります。ご了承ください。

\* リグロス歯科用液キット 1200  $\mu$ g は、お知らせ文書 OS-0302S でご案内した個装箱、段箱の包装変更が同時に行われます。

\* しばらくの間、個装箱に「容器変更品」、段箱に「包装変更」表示をいたします。

## 科研製薬株式会社

【お問い合わせ先】 〒113-8650 東京都文京区本駒込2丁目28-8  
医薬品情報サービス室 フリダイヤル 0120-519-874

OS-0320 (10月)